



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
@ info@kern-sohn.com

Prohlášení o shodě EU | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

CZ Tímto s plnou odpovědností prohlašujeme, že výrobek, jehož se toto prohlášení týká, splňuje požadavky níže uvedených směrnic. Níže popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. Váha má schválení typu. Rok provedení postupu posouzení shody EU je uveden vedle označení shody CE. Posouzení shody EU těchto vah se provádí v továrně a označení „M“ je uvedeno na samotném zařízení a na obalu. Uvedená gravitační zóna určuje místo používání.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Model | Model | Modell

Typ | Type | Typ

Sériové číslo | Serial no. | Seriennr.

EG 2200-2NM
EG 220-3NM
EG 4200-2NM
EG 420-3NM
EG 620-3NM

EG 2000-2AM
EG 200-3AM
EG 4000-2AM
EG 400-3AM
EG 600-3AM

XXXXXXXXXX

Označení CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Směrnice EU EU directive EU-Richtlinie	Normy Standards Normen	Schválení typu Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 61326-1:2013	
M21 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	T11249
	2014/35/EU (LVD)	EN 61010-1:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN61010-1:2010+A1:2019:1.0	

¹⁾ Umístěný symbol CE označuje prohlášení o shodě společnosti KERN. Výrobek je schválen pro kategorie použití uvedené ve směrnici 2014/31/EU par. 1 čl. 1 bod 2 (a - f). Váhy mají metrologické označení "M", za nímž jsou uvedena dvě poslední čísla roku prohlášení o shodě. Doprovodným dokumentem je certifikát testování, typu v souladu se směrnicí 2014/31/EU. Uvedená gravitační zóna určuje místo používání. Změna, která přesahuje mezní hodnoty pro danou oblast, vyžaduje opětovnou legalizaci. Oznámený subjekt NMI Certin BV (0122) provádí audity pro modul D v souladu se směrnicí 2014/31/EU a vydal společnosti KERN certifikát CE-240.

¹⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body "NMI Certin BV" (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle "NMI Certin BV" (0122) führte das Audit für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g =

Umístění nebo zóna: internal adjustment

Location or zone:

Ort oder Zone:

Datum | Date | Datum: 18.10.2021

Místo vystavení: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Podpis:

Signature:

Signatur:


John Doe

KERN & Sohn GmbH

Zmocněný zástupce

Verification officer

Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter

KERN & Sohn GmbH

Výkonný ředitel

Managing director

Geschäftsführer