

Декларация за съответствие ЕС | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

BG С настоящият документ декларираме с пълна отговорност, че продуктът, за който е издадена декларацията, отговаря на изискванията на изброените по-долу директиви. Предметът на декларацията, описан по-долу, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация. Вземата притежава сертификат за одобрен тип. Годишната на провеждане на процедурата за оценка за съответствие с ЕК е посочена до маркировката за съответствие СЕ. Оценката за съответствие с ЕК на тези весни се провежда фабрично, а означението „М“ е поставен върху самия уред и върху опаковката. Посочената гравитационна зона определя мястото на използване.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Тип | Type | Typ

Сериен № | Serial no. | Seriennr.

CPB 15K2DM
CPB 30K5DM
CPB 6K1DM

XXXXXXXXXX

СЕ маркировка CE mark applied CE Kennzeichnung	Директива ЕС EU directive EU-Richtlinie	Стандарти Standards Normen	Одобрение на типа Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
 M21 0122¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-02699
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Нанесеният символ СЕ означава декларация за съответствие на фирма KERN. Продуктът е допуснат до категориите за експлоатация, посочени в Директива 2014/31/ЕС раздел 1 чл. 1 т. 2 (от а до е). Вземите са маркирани с метрологична маркировка „М“, последвана от последните две цифри от годината на декларацията за съответствие. Свързан документ е сертификатът за одобрение на типа съгласно Директива 2014/31/ЕС. Посочената гравитационна зона определя мястото на експлоатация. В случай на смяна на стойността, извън граничните стойности за дадената зона, се изисква ново сертифициране. Нотифицираният орган NMI Certin BV (0122) провежда одити за модул D съгласно Директива 2014/31/UE и е издал сертификат CE-240 на фирма KERN.

¹⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMI Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Място или зона: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Дата | Date | Datum: 05.03.2021


Място на издаване: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Подпис:
Signature:
Signatur:

John Doe
KERN & Sohn GmbH

Упълномощен
представител
Verification officer
Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Управляващ
директор
Managing director
Geschäftsführer