KERN OPTICS

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS
ORL-S113

Datum: 09.05.2026

DEUTSCH

Skala für digitales Refraktometer ORL 94BS zur Bestimmung von Maltose (Malzzucker)

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Scannen Sie hier für weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Konfigurieren Sie Ihr Refraktometer mit individuellen Skalen ganz nach Ihren Anforderungen – auch nach dem Kauf nachrüstbar
- Hinweis: Zusätzlich zu den bereits auf dem Refraktometer vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex sind maximal acht weitere Skalen pro Gerät wählbar
- Die kostenlose SoftwareOXR-Basiczur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen zum Download zur Verfügung

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ORL-S113
Modell-Reihe	ORL-S
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Digitale Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761489592
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Skalen	Maltose (Malzzucker)
Skala Bereich	0,0 % - 15,6 %

Technische Daten - Messsystem

Ablesung	0,1 %
Genauigkeit	0,2 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d