

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS ORL-S110

Datum: 09.05.2026

DEUTSCH

# Scale 10

Skala für digitales Refraktometer ORL 94BS zur Messung des gelösten Feststoffgehalts (TDS) in Kaffeeextrakten

---

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Konfigurieren Sie Ihr Refraktometer mit individuellen Skalen ganz nach Ihren Anforderungen – auch nach dem Kauf nachrüstbar
- Hinweis: Zusätzlich zu den bereits auf dem Refraktometer vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex sind maximal acht weitere Skalen pro Gerät wählbar
- Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen zum Download zur Verfügung

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ORL-S110
Modell-Reihe	ORL-S
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Digitale Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761491052
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	DE

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

### Technische Daten - Primär

Skalen	Kaffee TDS 2
Skala Bereich	0,00 - 25,00

### Technische Daten - Messsystem

Ablesung	0,01
Genauigkeit	0,20