



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com
☎ +0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
✉ info@kern-sohn.com

ES atitikties deklaracija | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

LT Atsakingai pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų direktyvų reikalavimus. Toliau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus. Svarstyklės turi tipo patvirtinimą. EB atitikties vertinimo procedūros atlikimo metai nurodyti šalia CE ženklo. Šių svarstyklių EB atitiktis vertinama gamykloje, o „M“ ženklas yra ant pačio įrenginio ir ant pakuotės. Nurodyta gravitacijos zona apibrėžia naudojimo vietą.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Tipas | Type | Typ

Serijos nr. | Serial no. | Seriennr.

CPB 15K2DM
CPB 30K5DM
CPB 6K1DM

XXXXXXXXXX

CE ženklimas CE mark applied CE Kennzeichnung	ES direktyva EU directive EU-Richtlinie	Standartai Standards Normen	Tipo patvirtinimai Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
M21 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-02699
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Šis CE simbolis reiškia KERN įmonės atitikties deklaraciją. Produktas tinkamas naudoti Direktyvos 2014/31/ES 1 skyriaus 1 straipsnio 2 punkte (nuo a iki f) nurodytoms kategorijoms. Svarstyklės turi metrologinį ženklą „M“, po kurio nurodomi du paskutiniai atitikties deklaracijos metų skaičiai. Susijęs dokumentas yra tipo patikros sertifikatas pagal Direktyvą 2014/31/ES. Nurodyta gravitacijos zona apibrėžia naudojimo vietą. Jei po pakeitimo viršijamos konkrečiai zonai nustatytos ribinės vertės, atitiktis turi būti pakartotinai įvertinta. Notifikuotoji įstaiga NMI Certin BV (0122) atlikusi D modulio auditus pagal Direktyvą 2014/31/ES, išdavė KERN įmonei sertifikatą Nr. CE-240.

¹⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMI Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Vieta arba zona: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Data | Date | Datum: 05.03.2021

Išrašymo vieta: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Parašas:

Signature:

Signatur:


John Doe

KERN & Sohn GmbH

Igaliotasis atstovas

Verification officer

Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter

KERN & Sohn GmbH

Direktorius

Managing director

Geschäftsführer