



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

FI Täten ilmoitamme täydellä vastuullamme, että tässä vakuutuksessa mainittu tuote täyttää alla olevien direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää olennaiset Euroopan unionin asettamat harmonisointisäännökset. Vaaka on tyyppihyväksytty. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevan menettelyn vuosi on merkitty CE-merkin viereen. Vaakojen EY-vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan tehtaalla ja M-merkki on merkitty laitteeseen ja pakkaukseen. Annettu gravitaatiovyöhyke osoittaa vaa'an käyttöpaikkaa.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Tyyppi | Type | Typ

Eränumero | Serial no. | Seriennr.

CPB 15K2DM
CPB 30K5DM
CPB 6K1DM

XXXXXXXXXX

CE-merkintä CE mark applied CE Kennzeichnung	Direktiivi EU EU directive EU-Richtlinie	Standardit Standards Normen	Tyyppihyväksynät Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
M21 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-02699
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Tuotteessa oleva CE-merkintä viittaa KERN:n vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi 2014/31/EU -direktiivin 1 luvun 1 artiklan 2 kohdan (a-f) mainittuihin tarkoituksiin. Vaa'at on varustettu metrologisella M-merkinnällä, jonka jälkeen on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutuksen vuoden kaksi viimeistä lukua. Viitedokumenttina on 2014/31/EU -direktiivin mukainen tyyppihyväksyntätodistus. Käyttöpaikan tulee olla annetun painovoimavyöhykkeen mukainen. Mikäli laitetta on tarkoitettu käyttää ko. alueen ulkopuolella, vaaitus on suoritettava uudelleen. D-moduulin mukaisista tutkimuksista vastaa direktiivin 2014/31/EU mukaan akkreditoitu laitos NMI Certin BV (0122), joka on antanut tähän liittyen KERN:lle todistuksen numero CE-240.

²⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMI Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

³⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellt das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Sijainti tai vyöhyke: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Päiväys | Date | Datum: 05.03.2021


Laadintapaikka: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Allekirjoitus:
Signature:
Signatur:

John Doe
KERN & Sohn GmbH

Valtuutettu edustaja
Verification officer
Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Toimitusjohtaja
Managing director
Geschäftsführer