

Izjava o skladnosti EU | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

SI S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, na katerega se nanaša ta izjava, izpolnjuje zahteve naslednjih direktiv. Predmet navedene izjave, opisan spodaj, je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji. Tehnica ima homologacijo. Leto postopka za ugotavljanje skladnosti EU je navedeno poleg oznake CE za skladnost. Ugotavljanje skladnosti EU teh tehnic se izvaja v tovarni, pri čemer je pri skladnih tehnicah na sami napravi in embalaži oznaka "M". Navedeno gravitacijsko polje določa mesto uporabe.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Model | Model | Modell


Tip | Type | Typ

Serijska št. | Serial no. | Seriennr.

EG 2200-2NM
EG 220-3NM
EG 4200-2NM
EG 420-3NM
EG 620-3NM

EG 2000-2AM
EG 200-3AM
EG 4000-2AM
EG 400-3AM
EG 600-3AM

XXXXXXXXXX

Oznaka CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Direktiva EU EU directive EU-Richtlinie	Standardi Standards Normen	Homologacija Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 61326-1:2013	
	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	T11249
	2014/35/EU (LVD)	EN 61010-1:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN61010-1:2010+A1:2019:1.0	

¹⁾ Priloženi simbol CE označuje KERN izjavo o skladnosti. Izdelek je odobren za kategorije uporabe, navedene v Direktivi 2014/31/EU, pogl. 1 čl. 1 točka 2 (a do f). Tehnice so označene z meroslovno oznako "M", ki ji sledita zadnji dve številki leta izjave o skladnosti. Povezani dokument je certifikat o pregledu tipa v skladu z Direktivo 2014/31/EU. Dana gravitacijska cona določa kraj uporabe. Vsaka sprememba zunaj meja območja zahteva ponovno preverjanje. Priglašeni organ NMI Certin BV (0122) revidira modul D v skladu z Direktivo 2014/31/EU in je za podjetje KERN izdal potrdilo CE-240.

²⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1, article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body "NMI Certin BV" (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

³⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle "NMI Certin BV" (0122) führte das Audit für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g =

Lokacija ali območje: internal adjustment

Location or zone:

Ort oder Zone:

Datum | Date | Datum: 18.10.2021

Kraj izdaje: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Podpis:

Signature:

Signatur:


John Doe

KERN & Sohn GmbH

Pooblašчени zastopnik

Verification officer

Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter

KERN & Sohn GmbH

Izvršni direktor

Managing director

Geschäftsführer